

DISTINTA TECNICA

FASCICOLO:	1708/26
ARGOMENTO:	Fornitura di strumentazione per le attività istituzionali del laboratorio chimico dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto
REPARTO PROPONENTE:	Reparto Supporto Tecnico Arsenale
PA SIGA:	11184415

ITEM	NUC	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	U.M.	Q.TA'	COSTO UNITARIO	SUB - TOTALE
1	6910-01-007-8007	APPARECCHIATURA A DOPPIA VASCA PER PROVE DI SCHIUMEGGIAMENTO DEGLI OLI LUBRIFICANTI SECONDO LA NORMA ASTM D892, COMPLETO DI ACCESSORI E SISTEMA DI EROGAZIONE ARIA. LA FORNITURA DOVRA' PREVENIRE INSTALLAZIONE E TRAINING FORMATIVO DEL PERSONALE TECNICO.	EA	1		
2	6640-72-055-8201	CENTRIFUGA PER OLI LUBRIFICANTI A NORMA ASTM D2273 E ASTM D893, COMPLETO DEI COMPONENTI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE. LA FORNITURA DOVRA' COMPRENDERE: N.12 PROVETTE A NORMA ASTM D2273, N. 12 PROVETTE A NORMA ASTM D893, INSTALLAZIONE E TRAINING FORMATIVO DEL PERSONALE TECNICO.	EA	1		
3	6630-00-102-9187	COLORIMETRO PER LA DETERMINAZIONE DEL COLORE DEI PRODOTTI PETROLIFERI A NORMA ASTM D1500, COMPLETO DEI COMPONENTI NECESSARI ALL'ESECUZIONE DELLE PROVE. E' RICHIESTA LA FORNITURA DI: N.4 LIQUIDI STANDARDS (DA 500 mL) A NORMA ASTM D1500 CON VALORI: 0.4, 1, 3, 5 (CIRCA) CERTIFICATI UKAS (O EQUIVAMENTE), INSTALLAZIONE E TRAINING FORMATIVO DEL PERSONALE TECNICO.	EA	1		
4	6670-15-187-9521	BILANCIA DA LABORATORIO SEMI MICRO, PORTATA MASSIMA 220, RISOLUZIONE 0,01 mg, RIPETIBILITA' < 0,1 mg, LINEARITA' 0,1 mg.	EA	1		
5	6640-15-156-8217	DISTILLATORE PER PRODUZIONE DI ACQUA DISTILLATA CON CONDUCIBILITA' MASSIMA PARI A 1,6 µs/cm, FABBISOGNO MINIMO 4L/h, ALIMENTAZIONE 220 v (50/60 hz), EQUIPAGGIATO CON SCAMBIATORE DI IONI E SISTEMA DI CONTROLLO DELLA CONDUCIBILITA'.	EA	1		
TOTALE						€ -
IVA AL 22%						€ -
TOTALE (IVA inclusa)						€ -
Nota (*): Spese di imballo e spedizione incluse.						

CONDIZIONI TECNICHE	
(Barrare con una "X" la casella di interesse)	TEMPI DI FORNITURA
	90 giorni solari dall'ordine previa consegna di tutta la documentazione richiesta
	COLLAUDO - Documentazione da fornire cura Ditta

X	Certificato di conformità all'ordine e alla Specifica Tecnica/Distinta Tecnica rilasciato dalla Ditta costruttrice/rivenditore autorizzato/Ditta aggiudicataria della fornitura secondo la Norma ISO/IEC 17050-1-2 con relativa documentazione di qualità (dossier di fabbricazione ove previsto)
X	Certificato di conformità in aderenza a quanto previsto dalle normative tecniche richieste (ove applicabile)
	Certificato di omologazione, in corso di validità, a fronte della specifica NAV M.M.I.
X	Scheda dati di sicurezza per sostanza e/o preparati pericolosi (ove applicabile)
X	Schede tecniche/manuali di uso e manutenzione (ove applicabile)
	GARANZIA
X	Due anni a decorrere dalla data di certificazione (verifica di conformità o buona provvista). Non applicabile sui materiali di consumo.
	___ (_____) giorni solari a decorrere dalla data di installazione (certificata dai documenti di prelievo dal magazzino); la garanzia decade comunque allo scadere dei 24 mesi dalla data di collaudo e accettazione da parte della Amministrazione M.M.I.
	Materiali non soggetti a garanzia
	COLLAUDO - Consegna
	E' ammessa la consegna parziale dei materiali
	Presso MARINARSEN TARANTO - Magazzino di Transito (per materiale destinato alle Unità Navali e non gestito a scorte)
X	Presso MARINARSEN TARANTO - Magazzino di Supporto
	Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di MARINARSEN Taranto
X	Consegna a cura del personale della Ditta (no corrieri / spedizionieri)
	Packaging - modalità di confezione e di presentazione del materiale
	Fornitura è suddivisa in Lotti
	Imballaggio secondo norme MIL <i>standard</i>
X	Imballaggio <i>standard</i>
X	Marchio CE in aderenza a quanto previsto dal D.P.R. nr. 459/1996 nr. 626/1996
La Ditta dovrà indicare su ogni componente/confezione fornita gli estremi del contratto/ordine di fornitura, lotto di appartenenza, denominazione usata dal costruttore, la sigla identificativa usata dal costruttore, numero di codificazione M.M.I.	
E' da intendersi a carico Ditta, la codifica dei componenti che non sono catalogati con NUC.	

FIRMA DIGITALE